

AJÁNLATKÉRŐ

Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Tel.: +36 30 383 96 89
Fax: +36 42 599 799
galamb.csaba@ehzrt.hu

AJÁNLATTEVŐ

Vascular Venture Kft.
Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
Tel.: +36 1 550 08 88
Fax: +36 1 215 32 17
office@vascular.hu

Az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. nevében

BIO-MED 2000 BT.

Cím: 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44./C fsz.2.
Tel: +36 20 204 94 80
Fax: +36 52 521 197
batyi@econetsystem.hu

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem a K.É.-26851/2011 számon megjelent, „*Angiográfias eszközök beszerzése*” tárgyú eljárás összegzésében foglalt eredménnyel kapcsolatban

Tisztelt Ajánlatkérő!

K.É.-26851/2011 számon megjelent, „*Angiográfias eszközök beszerzése*” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán cégünk, a **Vascular Venture Kft. a Kbt. 96/A. § alapján**

ELŐZETES VITARENDEZÉSI KÉRELEMMEL

fordul a Tisztelt Ajánlatkérőhöz az alábbiakra hivatkozással:

Ajánlatkérő a 2011.12.16-án kelt összegzésben tájékoztatta cégünket a fenti eljárás eredményéről, amely alapján **2011. 12.19.** napján cégünk munkatársai iratbetekintésen vettek részt, így cégünk a Kbt. 96/A. § alapján a **jogsértő eseményekről történt tudomásszerzést követően törvényes határidőben nyújtja be vitarendezési kérelmét.**

Az alábbiakban tételesen soroljuk fel a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hogy a T. Ajánlatkérő által meghozott, összegzésbe foglalt döntést milyen alapon tartjuk jogszabálysértőnek, illetőleg felsoroljuk az álláspontunkat alátámasztó tényeket, adatokat, az egyes benyújtott ajánlatok tartalmával kapcsolatban, ajánlattevőnkénti bontásban:

ELEKTRO OXIGÉN KFT AJÁNLATA:

- a) A Kft. ajánlata, IV. termékcsoportjának (Stentek) részénél 7., 8., 9., soránál: a szakmai követelmény szerint (előírás: dokumentáció 58. oldal, és termékkatalógus 48-51. oldal) az Ajánlatkérő "carotis stent"-et kívánt beszerezni az ajánlatevőktől, de a megajánlott termék (stent típus megnevezése: Jaguar- Balton Medical Sp. z.o.o.) a termékleírás szerint nem felel meg a minimum szakmai követelményeknek, mivel a terméknek **nincsen indikációja és engedélye carotis ereken történő beavatkozásra (a carotis indikáció a legmagasabb Class III-as kockázati kategóriába tartozik)**, a nevezett cég ajánlatába becsatolt termékleírás szerint.
- b) A Kft. ajánlatának, IV. termékcsoportjának (Stentek) részére az ajánlattevő által becsatolt referencia a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház haemodinamikai laborjából származik. Az ajánlattételi felhívás III. 2.3 pontja az alábbiakat írja elő az alkalmasság minimum követelményeként: "Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen rendelkezzen az Ajánlati felhívás feladásának időpontjától számított – azt megelőző – 3 éves időtartamon belül teljesített, legalább 1 db a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú, egészségügyi intézménytől származó, **angiográfias eszközök** (katéterek, stentek, kiegészítők, stb.) szállítására vonatkozó referenciával".

A fent említett egészségügyi intézet **haemodinamikai laborjában nem angiográfias, hanem coronarográfias beavatkozások folynak (ez egyébként a kórház elektronikus felületén egyértelműen visszaellenőrizhető)** így ezzel kapcsolatos eszközszállítás sem

valósulhatott meg az elmúlt 3 évben. A referenciában szereplő stentek nyilvánvalóan coronaria stentek, így a csatolt referencia nem felelhet meg angiográfiás kitételnek.

MEDLINES KFT AJÁNLATA:

- a) A Kft. ajánlatának, I. termékcsoportjának (Ballon katéterek) 12. terméksor szakmai részénél:
- az Ajánlatkérő a "Kiegészítő tájékoztatás 2" tartalma szerinti carotis indikációval kívánja a termékeket beszerezni - ugyanakkor terméknek, amelyet a Medlines Kft. megajánlott (neve: Fox Plus) a termékleírás szerint **nincs meg a carotis indikációja, illetve engedélye.**
- b) A Kft. ajánlatának, I. termékcsoportjának (Ballon katéterek) 1-11. terméksor szakmai részénél: a "Kiegészítő tájékoztatás 2" tartalma szerint a minimális Rated Burst Pressure (RBP) 18 atm-nek kell lennie legalább, de a megajánlott **termék egyetlen egy méretben felel meg csupán a kívánt RBP-nek (a 4x40 mm -es méret),** annak ellenére, hogy ez valamennyi méret vonatkozásában elvárt.
- c) A Kft. ajánlatának, IV. termékcsoportjának (Stentek) részénél 7., 8., 9., soránál: a "Kiegészítő tájékoztatás 2" tartalma szerint szakmai követelmény a repozicionálhatóság öntáguló eszköz esetén, az ajánlattevő által csatolt **termékleírás szerint a megajánlott eszköz nem felel meg repozicionálhatóság követelményének.**

COOK MEDICAL KFT AJÁNLATA:

- a) A Kft. ajánlatának, I. termékcsoportjának (Ballon katéterek) 2-12. terméksoron megajánlott termék (Advance 35 LP) nem felel meg a "Kiegészítő tájékoztatás 2" szerinti I. termékcsoportjának (Ballon katéterek) 1-11. terméksor szakmai részénél előírt minimális Rated Burst Pressure (RBP) 18 atm-nek. Az ajánlattevő által csatolt termékleírás szerint a maximális RBP=15 atm a Cook Medical Hungary Kft. által megajánlott termék esetén.
- b) A Kft. ajánlatának, I. termékcsoportjának (Ballon katéterek) 12. terméksor szakmai részénél: a "Kiegészítő tájékoztatás 2" tartalma szerint az ajánlatkérő carotis indikációval kívánja a

termékeket beszerezni, de a terméknek, amelyet a Cook Medical Hungary Kft. megajánlott a termékleírás szerint **nincs carotis indikációja és erre vonatkozó engedélye.**

- c) A Kft. ajánlatának, I. termékcsoportjának (Ballon katéterek) 1. terméksor szakmai részénél: a "Kiegészítő tájékoztatás 2" tartalma szerint 7mm átmérőnél 5F, 8mm átmérőnél 6F sheath kompatibilitással kíván az ajánlatkérő termékeket beszerezni. A termék, amelyet a Cook Medical Hungary Kft. megajánlott (ATB Advance) a termékleírás szerint nem felel meg ennek, (7mm-nél 6F, és 8 mm-nél pedig 7 F).
- d) A Kft. ajánlatának, IV. termékcsoportjának (Stentek) részénél 7., 8., 9., soránál: a szakmai követelmény szerint az ajánlatkérő "carotis stent"-et kívánt megrendelni az ajánlatevőktől, de a megajánlott termék (Zilver 518) a termékleírás szerint nem felel meg a minimum szakmai követelményeknek, mivel **nincsen indikációja és engedélye carotis beavatkozásra.**
- e) A Kft. ajánlatának, IV. termékcsoportjának (Stentek) részénél 7., 8., 9., soránál: a "Kiegészítő tájékoztatás 2" tartalma szerint szakmai követelmény a repozicionálhatóság öntáguló eszköz esetén, de az ajánlattevő által csatolt termékleírás szerint a megajánlott eszköz (Zilver 518) **nem felel meg repozicionálhatóság követelményének.**
- f) A Kft. ajánlatának, III. termékcsoportjának (Vezetődrótok) részénél a 6. és a 10. terméksor esetén: a "Kiegészítő tájékoztatás 2" 23. kérdése alapján "A terméksorok megnevezése egyértelműen meghatározzák a használni kívánt eszközök méreteit. Az ajánlattevő által megajánlott termékeknek a leírás szerint nincsen 182 cm hosszú drótja.

A hatályos közbeszerzési szabályozás alapján érvénytelen az adott részre benyújtott ajánlat a Kbt. 88 § (1) bekezdés f) pontja szerint, amennyiben az adott részre megajánlott **bármely termék a termékleírás alapján nem felel meg az ajánlati dokumentációban meghatározott részletes, minimum műszaki/szakmai követelményeknek**, valamint a Kbt. 88. § (1) bek. e) pontja szerint az ajánlat (az adott rész vonatkozásában) **érvénytelen, ha az ajánlattevő, nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.**


Így az Ajánlatkérő valamennyi fent hivatkozott esetben, szakmailag kifogásolható döntésével megsérti az idézett jogszabályhelyeket, ha egy egyébként a műszaki tartalomban előírt követelményeknek nem megfelelő terméket (ajánlatot) érvényesként fogad el, illetőleg nem megfelelő referencia alapján ítéli meg az ajánlattevő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát.

Kérjük, hogy vitarendezési kérelmünkben foglaltak alapján az érintett részekre vonatkozó döntésük szakmai tartalmát felülvizsgálni, és az összegzést a Kbt. 96. § (4) bek. alapján haladéktalanul módosítani szíveskedjenek.

Budapest, 2011. december 22.

Tisztelettel:

Vascular Venture Kft.
1095 Bp., Lechner Ödön fasor 3. B/3.
Adószám: 14153589-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-891322


.....
Anette Ughoro

Ügyvezető Igazgató